Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGEMASAN INSTRUMEN/LINEN**		
	No.Dokumen SPO/767/PPI.Akr/IX/2026	No.Revisi 2	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30-9-2026	Ditetapkan oleh : Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W.,Sp.B.,M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Proses membungkus, mewadahi, atau menyegel alat medis dan bahan kain (linen) yang telah bersih dan kering menggunakan material pelindung khusus sebelum dimasukkan ke dalam mesin sterilisasi.
TUJUAN	1. Menjamin sterilisasi instrumen dan linen 2. Mengetahui batas kadaluarsa instrumen dan linen yang disterilisasi
KEBIJAKAN	1. Keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/113/VII/2026 tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan PPI 2. Kep/115/VII/2026 tentang Pedoman Pelayanan CSSD RSAU dr. Esnawan Antariksa
REFERENSI	Permenkes No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi tentang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PROSEDUR	1. Petugas cssd mengecek kembali kelengkapan instrumen dan linen sesuai dengan nama ruangan 2. Petugas cssd memasukan indikator internal ke dalam instrumen dan linen yang akan dikemas 3. Petugas cssd mengemas instrumen dengan menggunakan pouches, untuk pengemasan linen dan instrumen ubs (set sc, set ortho dan lainnya) menggunakan wrapping paper 4. Untuk instrumen yang dikemas dengan pouches, tutup ujungnya dengan menggunakan mesin press hingga rapat 5. Untuk linen dan instrumen ubs yang dikemas menggunakan wrapping paper rekatkan wrapping paper dengan solasi kertas (perekat linen) 6. Setelah dikemas tempelkan indikator eksternal dan indikator label gun (nama ruangan, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa) pada pouches dan wrapping paper 7. Serahkan instrumen dan linen yang sudah dikemas kepada petugas sterilisasi
UNIT TERKAIT	CSSD