<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGERINGAN INSTRUMEN</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen

SPO/766/PPI.Akr/IX/2026</td><td>No.Revisi
2</td><td>Halaman
1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

30-9-2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh :
Kepala
RSAU dr.Esnawan Antariksa

dr. Iman Pathurrohman W.,Sp.B.,M.Si., M.A.R.S.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Proses pengeringan untuk menghilangkan sisa air atau kelembapan pada permukaan alat medis setelah tahap pencucian dan dekontaminasi seslesai.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Mencegah pertumbuhan Kembali mikroorganisme
2. Mencegah korosi dan kerusakan instrumen</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/113/VII/2026 tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan PPI
2. Kep/115/VII/2026 tentang Pedoman Pelayanan CSSD RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">Permenkes No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi tentang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Petugas mengeringkan instrumen dan ditempatkan pada keranjang sesuai dengan nama ruangan masing-masing.
2. Kemudian Instrumen dilap dengan kain kering (Mikroviber) secara manual, dan untuk instrumen yang memilki rongga sempit dikeringkan dengan menggunakan kompresor
3. Instrumen yang sudah dikeringkan diserahkan ke petugas bagian pengemasan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. CSSD
2. UBS</td></tr>
</table>