Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGGUNAAN REAGENSIA LABORATORIUM**		
	No. Dokumen SPO/301/PP.Akr/XII/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2025	Ditetapkan oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Penggunaan reagensia laboratorium adalah kegiatan pengambilan, penyiapan, penggunaan, pengendalian, serta pencatatan pemakaian reagensia dalam proses pemeriksaan laboratorium sesuai instruksi penggunaan dan persyaratan mutu guna memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan	1. Memberikan pedoman kepada petugas agar penggunaan reagensia sesuai spesifikasi dan petunjuk pabrik. 2. Menjamin ketepatan pemakaian stok reagensia laboratorium sesuai dengan ketentuan. 3. Menjaga mutu dan stabilitas reagensia selama digunakan.
Kebijakan	1. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/53/IX/2025 tentang Kebijakan Pelayanan Patologi Klinik RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/54/IX/2025 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium. 3. Keputusan Kepala RSAU Dr. Esnawan Antariksa no.Kep/55/VIII /2025 Tentang Penetapan Pelayanan 24 Jam Laboratorium Patologi Klinik RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1596/2024, Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
Prosedur	1. Ambil reagen dari ruang penyimpanan atau kulkas khusus laboratorium (refrigerator) dengan menerapkan sistem FEFO (First Expired, First Out - masa kedaluwarsa terdekat digunakan terlebih dahulu). 2. Pastikan reagen yang diambil dalam kondisi baik (kemasan tidak bocor, segel internal utuh, label nama, nomor lot, dan tanggal kedaluwarsa terbaca jelas).

<table>
<tr><td rowspan="2">
Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGGUNAAN REAGENSIA LABORATORIUM</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/301/PP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">3. Pada kemasan reagen ditulis tanggal pengeluaran atau penggunaan reagen.
4. Untuk reagen yang membutuhkan suhu ruang sebelum diaplikasikan, diamkan reagen di atas meja kerja selama 15–30 menit (sesuai instruksi pabrikan pada kit insert), jangan memanaskan reagen secara paksa.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Laboratorium
2. Unit. Farmasi</td></tr>
</table>