<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENANDAAN MESIN HD KHUSUS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/378/HD.Akr/V/2026</td><td>No. Revisi
001</td><td>Halaman
1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

18 Mei 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan Oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Bahwa mesin HD HbsAg positif adalah mesin HD khusus yang digunakan hanya untuk pasien yang terinfeksi Hepatitis B</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Untuk membedakan mesin HbsAG Positif dengan mesin Non HbsAG Positif Mengetahui adekuasi hemodialisis</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Surat Ketetapan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor SK/32/V/2026 tentang Pedoman Pelayanan pasien Hemodialisa RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Mesin berada di ruangan lantai 3

2. Penandaan mesin HD HbSag Positif dengan tanda bulat warna hijau dibagian mesin yang terlihat jelas untuk membedakan dari mesin non HbsAg Positif

3. Pendokumentasian jumlah mesin HD HbsAg Positif</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">- Unit Hemodialisa
- Teknisi mesin HD</td></tr>
</table>