<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PROSEDUR SOAKING</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/378/HD.Akr/V/2026</td><td>No. Revisi
001</td><td>Halaman

1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit

18 Mei 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Soaking adalah mengalirkan cairan dialisat kedalam kompartemen dialisat pada dialyzer, bisa dilakukan bersamaan dengan rinsing.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Melembabkan dan membuang bahan sterilisasi dalam kompartemen dialisat pada dialyzer
2. Memastikan tidak ada udara dalam kompartemen dialisat selama hemodialisis berlangsung (udara akan menyebabkan hambatan pembersihan zat kimia di dialiser
3. Mencegah terjadinya komplikasi</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Surat Ketetapan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor SK/32/V/2026 tentang Pedoman Pelayanan pasien Hemodialisa RSAU dr. Esnawan Antariksa.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">A. Persiapan Alat
1. Mesin Hemodialisis yang siap pakai
2. Dializer baru atau dializer reprosessing
3. Satu set sarung tangan
4. Masker
B. Penatalaksanaan
1. Melakukan hand hygiene
2. Memakai sarung tangan bersih dan masker
3. Memastikan mesin sudah dalam keadaan siap pakai
4. Pastikan jalan aliran dialisat sudah di stop (bypass)
5. Pastikan nama dan dializer pasein sudah tepat sesuai jadwal pasien
6. Buka tutup dializer yang terdapat pada kompartemen dialisat</td></tr>
</table>